

РЕШЕНИЕ

№ 127

от 09.12.2019 г.

гр. Враца

На основание чл. 108, т.1, чл. 109 и чл. 181, ал.6, предл. първо от ЗОП във връзка с Протокол от 27.11.2019 г. и Протокол № 2 от 05.12.2019 г. на Комисия, назначена със Заповед № 118/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ" АД, за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, които участват в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, утвърдени на 06.12.2019 г. от Изпълнителния директор на "МБАЛ – Христо Ботев" АД – гр. Враца и в изпълнение на Решение № 109 от 24.10.2019 г. на Изпълнителния директор на "МБАЛ – Христо Ботев" АД – гр. Враца за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на пет броя нови апарати за хемодиализа и пет броя нови кресла за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца”, публикувана под уникален номер 00399-2019-0002 в Регистъра на обществените поръчки.

След като се запознах подробно с офертите на участниците и протоколите от работата на комисията, установих, че всички действия на комисията са законосъобразни и в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, поради което съм приел нейната работа.

I. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

Относно участника “МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД комисията е установила, че техническото му предложение не отговаря на поставените от Възложителя изисквания в документацията за участие.

В приложената оферта на участника Предложение за изпълнение на поръчката (Образец №3), попълнена съгласно изискванията на Възложителя, участникът е оферирал апарати за хемодиализа модел АК 98 bio version / Baxter GmbH/Gambro, които не съответстват на заложените в техническата спецификация от Възложителя технически параметри и характеристики, а именно:

1. Възложителят е поставил изискване в точка 11 „Да има възможност за регулиране на скоростта на диализния поток от 300 до 800 мл/мин с индивидуални стъпки от 1 мл.“ Участникът “МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД реферира в своето предложение към Ръководство на оператора стр. А193. Установено е следното несъответствие: От приложеното ръководство на оператора е видно, че предложеният от участника апарат АК 98 е с дебит на диализния (поток) флуид от 300 до 700 мл/мин., от което става ясно, че участникът не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания.

2. Възложителят е поставил изискване в точка 12 „Да има възможност за регулиране на скоростта на кръвния поток от 50 до 600 мл/мин с индивидуални стъпки от 10 мл“. Участникът “МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД реферира в своето предложение към Ръководство на оператора стр. А191. Установено е следното несъответствие: От приложеното ръководство на оператора е видно, че предложеният от участника апарат АК 98 е дебит на кръвния поток от 20 до 500 мл/мин., от което става ясно, че участникът не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания.

3. Възложителят е поставил изискване в точка 15 „С възможност за измерване на хидравличното налягане преди входа на диализатора“. Участникът “МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД реферира в своето предложение към Ръководство на оператора стр. А146, от където е видно единствено, че при предложеният от участника апарат АК 98

проводимостта на диализната течност се измерва преди и след диализатора. Тоест, липсва информация за възможността за измерване на хидравличното налягане преди входа на диализатора. Следователно участникът не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания.

4. Възложителят е поставил изискване в точка 21 „Да разполага със система за съхранение на информация за пациентите на карта, разпознаваща всички индивидуални данни на пациентите, свързани с диализното лечение (запометява данните за последните 50 терапии)“. Участникът „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД реферира в своето предложение към Ръководство на оператора стр. А60-61, А65, А71-73, от където е видно единствено, че предложеният от участника апарат АК 98 разполага със система за съхранение на информация за пациентите, свързана с диализното лечение. Липсва информация за възможност да запометява данните за последните 50 терапии, следователно участникът не отговаря на предварително обявените от Възложителя изисквания.

С оглед гореизложеното, комисията единодушно е решила да отстрани участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД от участие в процедурата на основание чл.107, т.1 и т.2, б. А) от ЗОП и документацията.

Възложителят, въз основа на гореизброените подробни мотиви, които възприема изцяло,

РЕШИХ:

ОТСТРАНЯВАМ от процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на пет броя нови апарати за хемодиализа и пет броя нови кресла за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца" участника „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА“ ЕООД.

II. ОБЯВЯВАМ:

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане „икономически най-изгодна оферта” - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” в следния ред:

На първо място: „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД – с обща предложена цена от участника за петте броя нови апарати за хемодиализа и петте броя нови кресла за хемодиализа: 124 900,00 лева без ДДС

III. ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на пет броя нови апарати за хемодиализа и пет броя нови кресла за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца" участникът, класиран на първо място: „ВЕГА МЕДИКАЛ” ЕООД. Участникът е класиран на първо място, тъй като е представил оферта, отговаряща на условията на възложителя и при прилагане на критериите за оценка на офертата е предложил най-ниска цена.

Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертата са изложени в протоколите от работата на комисията.


Договорът за възлагане изпълнението на обществената поръчка да се сключи с определения участник при условията на подадената от него оферта и при спазване на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и предварително определените изисквания на възложителя.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на конкуренцията, гр. София 1000, бул. Витоша № 18, телефон: 02/935-61-13, електронна поща: срсadmin@срс.bg в десетдневен срок от получаването му.

Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му и в същия ден да се публикува заедно с протоколите от работата на комисията в профила на купувача на адрес: <http://www.mbalvratsa.org/?lang=bg&r=home/t240>

Връзката към електронната преписка за процедурата в профила на купувача е: <http://www.mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/t2004&lang=bg>

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Д-р Петър Керем
Изпълнителен директор на "
"МБАЛ – Христо Ботев" АД – гр. Враца